

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 29 Temmuz 2025 tarihli, Sayı:934.01.02-306071

TARİH: 31 / 07 / 2025


DİŞ ÜNİTESİ TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	DİŞ ÜNİTESİ * Ek'te gönderilen teknik isterler esaslarında alım yapılacaktır.	1	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOSULLAR:

1. EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
6. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN


Burak GOKALP
İkmal Yüzbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı

Teklif Tarihi ://2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞELİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

Diş Ünitesi Aşağıda Belirtilen Bölümlerden Oluşmalıdır:

1. Hasta Koltuğu,
2. Tedavi ünitesi,
3. Kreşuar bloğu,
4. Asistan bölümü,
5. Reflektör,
6. Ayak pedalı,
7. Hekim taburesi,
8. Kavitron cihazı.

1.Genel özellikler:

- 1.1. Diş ünitesi tedavi ünitesi ve fötöy (Hasta Koltuğu) bütününe ait tüm parçalar aynı fabrika üretimi ve aynı marka olmalıdır. Ünite üzerine dışarıdan, sonradan eklenmiş veya montajlanmış herhangi bir gösterge veya dinamik parça bulunmamalıdır.
- 1.2. MOCOM M10 veya STERN WEBER S200 marka diş ünitesi olacak.
- 1.3. Diş ünitesi sonrası firma tarafından kurulumu yapılacak ve eğitim verilecektir.
- 1.4. Hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuar bloğu, asistan bölümü, reflektör, ayak pedalı, hekim taburesi ve kavitron cihazı teklif verilen marka model ile aynı olacaktır.
- 1.5. Pratik ve kullanışlı olmalıdır.
- 1.6. Aşağıda belirtilen cihazlar ünit ile birlikte verilmeli ve ünit ile uyumlu olacaktır.
- 1.7. Ünite ve yanında verilecek parçalarının en az bir yıl garanti belgesi olacaktır.

2. Ünit ile birlikte aşağıda belirtilen başlıklar ve cihazlar dan 1'er adet verilecektir. Söz konusu başlıklar ve cihazlar diş ünitesi ile uyumlu olacaktır.

2.1. Aeratör Başlığı

- 2.1.1 Dakikadaki dönme hızı 380.000-420.000 devir/dk. olacaktır.
- 2.1.2 Aeratör başlığı en az 18 watt olacaktır.
- 2.1.3 Dört delikli midvest bağlantılı olacaktır.
- 2.1.4 Aeratör seramik rulman olacaktır.
- 2.1.5 Başlığın en az 5 delikli su soğutma sistemine sahip olacaktır.
- 2.1.6 Başlığı marka,model,seri no ve sterilizasyon bilgileri üzerinde yazacaktır.
- 2.1.7 Ünitede aktif olan elektrik devresine tam uyumlu ışıklı sistem olup coupling vb. kullanılacaktır.

- 2.2. Elektrikli Mikromotor (Dijital,elektronik hız ayarlanabilir olmalı) cihazı
- 2.3. Anguldruva cihazı
- 2.4. Diş taşı Temizleme (Kavitron) Cihazı LED Işıklı
- 2.5. Cerrahi Vakum Cihazı

KAŞE / İMZA