

BAKTERİYOLOJİK SU NUMUNE ŞİŞESİ

Sr. Nu.	Malzemenin			
	Adı	Özellikleri	Ölçü Cinsi	Miktarı
1.	Su Numune Kabı 250 ml.	-Bakteriyolojik su şişesi 250 ml hacminde koyu renkte olacaktır. -Numune şişesinin kapağı ve gövde kısmı polipropilen (PP) materyalden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. -Numune şişesinin şekli elde kolay taşınabilir şekilde olacak ve içi ışık görmeyecek derecede koyu renkte olacaktır. -Numune şişesi hava geçirmeyen numune sızdırmasını engelleyici, açılmadığı sürece sterilitesini kaybetmeyen, emniyet halkalı ve vidalı kapak sistemine sahip olacaktır. -Her şişenin yan yüzünde sıvı miktarının gözlenmesine olanak sağlayacak hacim çizelgesi bulunacaktır. Çizelge 50 ml-250 ml arasını gösterecek şekilde olacaktır. -Şişeler Sodyum Tiyosülfatlı olacaktır. Şişeler alınacak numunedeki serbest veya kalıntı kloru tamponlamak amacıyla 20 mg/lit oranında Sodyum Tiyosülfat içerecektir. -Her şişenin yan yüzünde etiket olacaktır. Her etiketin üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır. - Ürünün adı ve hacmi - Ürün kodu (referans no), - Üretim ve son kullanma tarihi, - Lot numarası, - Tek kullanımlık olduğunu belirten ifade ve/veya işaret, - Sodyum tiyosülfatlı ve steril ifadesi, tiyosülfat miktarı, - Alınan numune ile ilgili özelliklerin yazılabileceği alan (numune no, numunenin alındığı yer, numune tarihi ve saati, - Üretici veya ithalatçı veya dağıtıcı bilgisi. -Numune şişelerinin son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 2 yıl olacaktır.	Ad.	2.000
2.	Kavanoz Cam 1 Lt.(Numune Almak İçin)	1 Lt.'lık cam şişe olacaktır. Metal kapaklı olacaktır. Steril edilebilir olacaktır.	Ad.	1.000


1. Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu mallar **15 (onbeş) takvim günü** içinde teslim edilecektir. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma teslim süresi içinde 1(bir) defaya mahsus olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.




2. Teslim edilecek ürünlere ait en az **24 (yirmi dört) ay** garanti verilecektir. Alınan mala ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Garanti Taahhütnamesini** idareye sunmak zorundadır.
3. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
4. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
5. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
6. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

11./03/2026

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı


Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / BELGESİ

Taahhüt Eden : _____
Taahhüt Edilen Birlik/Kurum : _____
Garanti Süresi : Kati Kabul Tarihi ____/____/____'den itibaren ____ aydır.
Taahhüt Konusu Malın Cinsi ve Miktarı : _____
Sözleşme Tarih ve No : _____

Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), ihale dokümanında belirtilen Garanti ile ilgili yükümlülükler yönünden **garanti** ve **taahhüt** ederim.

Yüklenici :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

____/____/2026

Açıklamalar:

1. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
2. Sözleşme konusu mal için bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Söz konusu belgenin çoğaltılmış bir sureti ilgili saymanlık tarafından Ted.Ş.Md.lüğüne ve kullanıcı birlik Mal sorumlusuna gönderilecektir.
3. Bu belge asıl olarak verilecektir. Tıpkıçekim ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.

